

PREGÃO ELETRÔNICO 05/2023
ANEXO A - APARELHOS AUDITIVOS E CPAP

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS								
ITENS	DESCRIÇÃO	CATMAT	UNIDADE	QTD TOT AL	REQ MÍN	REQ MÁX	VR. MÁX ACEITÁVEL	VALOR TOTAL ACEITÁVEL (R\$)
01	APARELHO AUDITIVO DIGITAL: - RETROAURICULAR OU MINI RETROAURICULAR (BTE), CONTROLE DE VOLUME DIGITAL, GERENCIADOR AUTOMÁTICO DE MICROFONIA, MÍNIMO DE 8 CANAIS OU MAIS, COMPATÍVEL COM SISTEMA FM OU ACESSÓRIOS WIRELESS, GANHO ENTRE 55 E 90DB, SAÍDA ENTRE 122 E 128DB, FAIXA DE FREQUENCIA ENTRE 100 E 8200HZ OU SEMELHANTE; OU QUALIDADE SUPERIOR	415994	UND	40	1	10	2.291,48	91.659,30
02	APARELHO AUDITIVO DIGITAL: INTRA-CANAL (ITC) OU MICROCANAL, AJUSTE DO GANHO, GERENCIADOR ADAPTATIVO DE MICROFONIA, REDUTOR ADAPTATIVO DE RUÍDO, NO MÍNIMO 8 CANAIS, CONTROLE DE VOLUME DIGITAL, OPÇÃO DE CONTROLE REMOTO, GANHO ENTRE 40 E 60 DB, SAÍDA ENTRE 100 E 112 DB, FAIXA DE FREQUÊNCIA ENTRE 100 E 8500 HZ. OU SEMELHANTE; OU QUALIDADE SUPERIOR	415994	UND	40	1	10	2.561,23	102.449,30
03	APARELHO AUDITIVO DIGITAL: MINI RETROAURICULAR (BTE), MÍNIMO DE 6 CANAIS COM PROCESSAMENTO DE SINAL DIGITAL, MULTIMICROFONE DIGITAL ADAPTATIVO, SELEÇÃO DE PROGRAMAS AUTOMÁTICOS DE DUAS BASES, REGISTRO DE DADOS DE USO, COMPRESSÃO DE FREQUÊNCIA NÃO-LINEAR, SUPRESSOR DE RUÍDO, PROTETOR DE VENTO DO MICROFONE, GERENCIADOR DE MICROFONIA, GANHO ENTRE 62 A 70 DB, SAÍDA ENTRE 129 A 146 DB, FAIXA DE FREQUÊNCIA ENTRE 100 A 8000 HZZ OU SEMELHANTE; OU QUALIDADE SUPERIOR	415994	UND	60	1	10	2.540,73	152.443,95
04	APARELHO AUDITIVO DIGITAL: RETROAURICULAR (BTE) OU MINI RETROAURICULAR, MÍNIMO DE 8 CANAIS DO PROCESSAMENTO DO SINAL, COMPRESSÃO WDRC, ANÁLISE DE SOM E SELEÇÃO DE PROGRAMAS AUTOMÁTICOS, REGISTRO DE DADOS DE USO, COMPRESSÃO DE FREQUÊNCIA NÃO-LINEAR, SUPRESSOR DE RUÍDO, PROTETOR DE VENTO E UMIDADE DO MICROFONE, GERENCIADOR DE MICROFONIA, ATÉ 4 PROGRAMAS MANUAIS, CONFIRMAÇÃO ACÚSTICA PARA TODAS AS INTERVENÇÕES MANUAIS, BOBINA TELEFÔNICA, ENTRADA DE ÁUDIO, CONTROLE DE VOLUME, GANHO ENTRE 82 A 85 DB, SAÍDA ENTRE 141 A 144 DB, FAIXA DE FREQUÊNCIA ENTRE 100 A 5000 HZ. OU SEMELHANTE; OU QUALIDADE SUPERIOR.	415994	UND	50	1	10	2.291,57	114.578,25
05	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL RETROAURICULAR PARA PERDA DE GRAU SEVERA A PROFUNDA. PROCESSAMENTO DO SINAL DIGITAL, COM CANAIS OU BANDAS DE PROGRAMAÇÃO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS A 115 A 150 DB, GANHO MÁXIMO DE 75 A 88 DB, FAIXA DE FREQUENCIA DE ATÉ 15 KHz, DIRECIONAMENTO DINÂMICO DE RUÍDO E VENTO, CANCELAMENTO DA MICROFONIA, CONTROLE DE VOLUME, ENTRADA DIRETA DE AUDIO/FM, COORDENAÇÃO BINAURAL/CPONECTIVIDADE.	415994	UND	30	1	10	2.260,73	67.821,98
06	APARELHO DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS (CPAP AUTO) SENDO A PRESSÃO AJUSTADA NO PACIENTE. POSSUI CARTÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM FORMATO SD PARA LEITURA DOS EVENTOS OCORRIDOS DURANTE O SONO POR CICLO RESPIRATÓRIO (HORAS DE USO E VAZAMENTO, SOMENTE DADOS DE ADERÊNCIA), POSSUI APE APRIMORADO (ALÍVIO DURANTE A EXPIRAÇÃO), POSSUI SISTEMA CLIMATE CONTROL QUE ADAPTA O SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO INTEGRADA (H5), MANTENDO A UMIDIFICAÇÃO IDEAL E EM TEMPO REAL. MOTOR EASY-BREATH COM OPERAÇÃO HIPERSILENCIOSA (APROXIMADAMENTE 24 DBA). VISOR DE LCD COLORIDO E CIRCUITOS SLIM LINE E CLIMATELINE. ITENS INCLUSOS: CPAP AUTO; FILTRO PARA CPAP; BOLSA DE TRANSPORTE; TRAQUÊLA SLIM-LINE (TRAQUÊLA FINA); PONTE E CABOS DE ALIMENTAÇÃO; CARTÃO DE LEITURA DE DADOS NO DISPOSITIVO (365 SESSÕES) E NO CARTÃO DE DADOS; APRESENTA RESULTADOS DA PRESSÃO DO APARELHO E O ÍNDICE DE IAH. ACOMPANHA MÁSCARA NASAL E / OU FACIAL, CONFORME NECESSIDADE DO PACIENTE. BIVOLT. OU SEMELHANTE; OU QUALIDADE SUPERIOR.	454250	UND	20	1	10	3.170,05	63.401,04
TOTAL								592.353,82

Natal, 01 de junho de 2023

RAFAELLA GONÇALVES FALCÃO DE FRANÇA – Cap Farm
Resp p/ chefia da Farmácia Hospitalar